



Aan de directeurs van de penitentiaire inrichtingen

**Divisie Gevangeniswezen
en Vreemdelingenbewaring**
Divisie

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
www.dji.nl

Contactpersoon
T 06 21 13 42 67
c.v.d.veen@dji.minjus.nl

circulaire

Afstelling metaaldetectiepoorten

Datum
3 februari 2016

Ons kenmerk
723061

Aard circulaire
Bekendmaking van beleid

Geldig van/tot
28 januari 2016 tot en met 28
januari 2020

Om te voorkomen dat ongewenste zaken in de inrichting worden ingevoerd, dient iedereen die een penitentiaire inrichting betreedt, zich als onderdeel van de toegangsprocedure, aan toegangscontrole te onderwerpen. Hiertoe zijn bij de personeelsingang, de bezoekersingang en het bad metaaldetectiepoorten en bagagedoorlichtsapparatuur geplaatst. De poorten moeten detectievrij ("pieploos") worden gepasseerd.

Bij de opstelling en plaatsing van de detectiepoort dienen de installatievoorschriften zoals aangegeven in het programma van eisen te worden gevolgd.

Om landelijk eenduidige werking van de detectiepoorten te bereiken, moet iedere detectiepoort afzonderlijk worden afgesteld met behulp van de hieronder beschreven ijkmaten, waarbij men rekening dient te houden met de omgevingsfactoren en het type detectiepoort.

Afstelling detectiepoort:

- De ijkmaat voor de personeelsingang zijn de kalibratiesets GD 22 en de GD 32 van de firma CEIA;
- De ijkmaat voor de bezoekersingang en het bad zijn de kalibratiesets MO-A95052-K en de MO-G41300-K van de firma CEIA;
- Bij het afstellen dient men de ijkmaat op verschillende plaatsen door de detectiepoort te laten detecteren te weten op borsthoogte, op kruishoogte (in de broekzak) en op voethoogte (sok/schoen);
- De afstelling moet worden beveiligd met een wachtwoord;
- Periodiek dient de afstelling door of namens de directeur van de inrichting te worden gecontroleerd en zo nodig te worden bijgesteld.

Gebruik detectiepoort:

- Men dient rustig, op normale snelheid door de metaaldetectiepoort te lopen. Door te langzaam, te snel of gedraaid te lopen, beïnvloedt men de controle;
- Op het moment dat er een persoon door de metaaldetectiepoort loopt, mogen zich geen personen binnen 60 cm afstand van de metaaldetectiepoort bevinden.

Vervanging detectiepoort:

Een detectiepoort die niet conform bovenstaande ijkmaten kan worden afgesteld, wordt vervangen nadat deze is afgeschreven. Goed functionerende poorten die nog niet afgeschreven, behoeven nog niet te worden vervangen.

Gebruik handmetaaldetector:

Soms zal een handmetaaldetector moeten worden gebruikt bij de toegangscontrole, bijvoorbeeld in geval van een defecte metaaldetectiepoort of wanneer een persoon de poort niet detectievrij kan passeren.

Wanneer blootstelling aan elektronische detectieapparatuur vanwege medische redenen niet mag plaatsvinden, dient een op naam gestelde verklaring van een medicus getoond te worden.

Met behulp van de handmetaaldetector kan een nauwkeurige plaatsbepaling van een metalen voorwerp op het lichaam plaatsvinden. Een dergelijke plaatsbepaling dient gevolgd te worden door een (beperkt) onderzoek aan kleding en/of lichaam (fouillering). De fouillering wordt op een besloten plaats en, voor zover mogelijk, door personen van het zelfde geslacht verricht. Wanneer de detectiepoort bij vrouwelijke geprivilegeerde bezoekers (waaronder advocaten) op borsthoogte afgaat, worden zij met een handscanner gecontroleerd door een medewerkster van de inrichting.¹

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,



A.T.A.J.B. van Dijk
Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring

¹ Art. 29 lid 3 Pbw; Art. 23 lid 3